

## 学校給食用食材放射性物質検査 結果

番号	検体名	産地	放射性セシウム (ベクレル/kg) 134	放射性セシウム (ベクレル/kg) 137	検査実施日
1					
2					
3					
4					

- 注) 1 検査実施場所 匝瑳市学校給食センター
- 2 分析方法 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる各種分析法
- 3 基準値 放射性セシウムに係る基準値(一般食品):100ベクレル/kg
- 4 測定値 ベクレル/kg±誤差。( )の数字は、検出限界値(検出できる最小の値)で検体、測定毎に変わります。
- 5 お問い合わせ 匝瑳市学校給食センター TEL 0479-70-2210

**※9月は台風15号の影響により、学校給食用食材(市内産・県内産)が入手困難のため、放射性物質検査は実施できません。**