

## 学校給食用食材放射性物質検査 結果

番号	検体名	産地	放射性セシウム (ベクレル/kg) 134	放射性セシウム (ベクレル/kg) 137	検査実施日
1					
2					
3					
4					

- 注) 1 検査実施場所 匝瑳市学校給食センター  
 2 分析方法 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる各種分析法  
 3 基準値 放射性セシウムに係る基準値(一般食品):100ベクレル/kg  
 4 測定値 ベクレル/kg±誤差。( )の数字は、検出限界値(検出できる最小の値)で検体、測定毎に変わります。  
 5 お問い合わせ 匝瑳市学校給食センター TEL 0479-70-2210

**※ 4月は小・中学校が休校のため、給食提供を停止したため、放射性物質検査は実施しません。**